

## 论证组成员名单

项目名称：宁夏医科大学总医院2025年胃肠动力学检查系统配套耗材采购及配送服务项目

论证时间：2025年 3月18日

[illegible]

# 单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2025年3月18日

|         |                                                                                                                                    |                |    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------|
| 预算单位    | 宁夏医科大学总医院                                                                                                                          |                |    |             |
| 项目名称    | 宁夏医科大学总医院2025年胃肠动力学检查系统配套耗材采购及配送服务项目                                                                                               |                |    |             |
| 项目金额    | 81694.20元                                                                                                                          |                |    |             |
| 专家1论证意见 | 专家姓名                                                                                                                               | 蔺宇             | 职称 | 副主任医师       |
|         | 工作单位                                                                                                                               | 宁夏疾控中心         |    |             |
|         | 甲方拟采购的耗材是与院方现有设备配套使用,目前其他厂家生产的产品尚无以与之匹配使用,不兼容,故只能使用原厂生产的耗材,其采购及配送服务只能从原厂授权的唯一供应商处获得,故建议采用单一来源方式采购。                                 |                |    |             |
| 专家2论证意见 | 专家姓名                                                                                                                               | 刘洁             | 职称 | 副主任医师       |
|         | 工作单位                                                                                                                               | 宁夏医科大学总医院      |    |             |
|         | 甲方拟采购的胃肠动力学检查系统的配套耗材(电极导管),由于该耗材接口的特殊性仅有生产厂家提供的耗材可配套使用,目前生产厂家授权给奇创峡市华信科贸有限责任公司,其他供应商无法满足采购需求,建议单一来源方式采购。                           |                |    |             |
| 专家3论证意见 | 专家姓名                                                                                                                               | 喻明华            | 职称 | 高级咨询师(法律顾问) |
|         | 工作单位                                                                                                                               | 宁夏广播电视集团控股有限公司 |    |             |
|         | 此耗材配套系统以原供应商处最为,原供应商在此耗材产品上是唯一供应商。按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第27条,因货物或服务使用所涉及的专利,专有技术,或者服务涉及商业秘密,导致只能从唯一供应商处采购,所以采用单一来源方式采购。建议采用单一来源方式采购。 |                |    |             |
| 结论      | 建议采用单一来源方式采购。                                                                                                                      |                |    |             |

# 单一来源采购方式专家论证意见表

论证时间：2025年3月18日

|                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称                                                                                          | 宁夏医科大学总医院2025年胃肠动力学检查系统配套耗材采购及配送服务项目 |
| 预算金额                                                                                          | 81694.20元                            |
| 采购内容                                                                                          | 胃肠动力学检查系统配套耗材采购及配送                   |
| 采购单位                                                                                          | 宁夏医科大学总医院                            |
| 专家论证意见                                                                                        |                                      |
| <p>甲方拟采购的耗材是与院方现有设备配套使用，其他厂家产品无法与之配套兼容，只能使用原厂配套耗材，其采购及配送服务也只能从原厂授权的唯一供应商处获得。建议采用单一来源方式采购。</p> |                                      |
| 论证组成员签字                                                                                       | 唐宇 喻峰 赵浩                             |