

专家论证意见表

预算单位	宁夏医科大学总医院			
项目名称	宁夏医科大学总医院主动脉内球囊反搏泵维保项目			
项目预算	29.5 万元			
专家 1 论证意见	专家姓名	李宽义	职称	主任医师
	工作单位	银川市中国医院		
	拟购的设备为原有设备的维保服务, 需更换原厂配件, 运输作为设备厂家, 只有厂家工程师技术能力能配件质量能得以保证。			
专家 2 论证意见	专家姓名	杨江	职称	主任
	工作单位	银川市第一人民医院		
	此设备维保是为项目设备的维护保养, 所用配件必须为原厂配件, 运输作为设备厂家, 只有厂家工程师才能进行维保服务具有唯一性, 建议采用单一来源方式采购。			
专家 3 论证意见	专家姓名	王惠荣	职称	正高
	工作单位	国信公证处		
	本项目拟采购的是主动脉内球囊反搏泵的维保项目, 因维修技术要求高, 建议由原厂维保, 采用单一来源采购方式采购。			
结论	建议采用单一来源采购			