

附件：采购需求附件

序号	项目名称	耗材名称	计量单位	规格	型号	材质	是否允许进口	备注
1	宁夏医科大学总医院 2025 年血液透析导管组采购及配送服务	血液透析导管组	个	具备一体式及分体式结构；置入方式：顺向置管及逆向；导管有效长度 19cm-23cm；导管直径至少包括 15FR 等规格；	各型号	/	是	用于为血液透析和血浆分离术建立长期血管通路，导管经皮插入，优先置入颈内静脉。或者，该导管也可插入锁骨下静脉。

注：其他具体内容详见综合评比文件。