

采购需求附件：

试剂耗材部分

序号	项目名称	耗材名称	计量单位	规格	型号	材质	是否允许进口	备注
	宁夏医科大学总医院 2025 年血气测定项目配套试剂耗材采购及配送服务	血气测定试剂（用于血气分析），检测该项目所用所有试剂和耗材（含质控品/定标液）		试剂规格：至少具备 ≥ 100 测试/盒， ≥ 300 测试/盒， ≥ 400 测试/盒	型号		允许	各投标品牌需提供该项目所用所有试剂、耗材明细及报价。

注：其他具体内容详见磋商文件。

设备租赁部分

序号	设备名称	品牌	是否允许进口	型号	数量	注册证编号	技术参数
1	血气分析仪		允许		以实际发生为准		1、检测项目包括但不限于以下项目：pH、pCO ₂ 、pO ₂ 、sO ₂ 、ctHb、F02Hb、FC0Hb、FMetHb、Hct、SulfHb、cK ⁺ 、cNa ⁺ 、cCa ²⁺ 、cCl ⁻ 、cGlu、cLac、nBili 等。 2、适用于成人、儿童及新生儿。（提供相关证明材料） 3、乳酸检测范围：0.2~30mol/L。 4、具备自动进样方式。 5、样本体积≤120 μL。 6、检出结果时长≤60s。 7、各投标品牌需提供详细的质控方法。具备质控图分析功能。 8、各投标品牌需提供详细的定标方法。 9、具备数据储存、查阅功能。 10、具备条码阅读器，可通过扫码录入样本信息。 11、耗材上机有效期≥28 天。 12、样本类型：至少包括动脉血，毛细血管血，静脉血，混合静脉血。（提供相关证明材料） 13、具备耗材用量统计功能。 14、具备工作量统计功能。 15、具备显示屏。 16、具备自动或手动打印功能。 17、具备检测结果分析功能。 18、具备凝块检测功能，会发出阻塞错误提示，并启动冲洗功能以去除残余的样本。 19、数值结果异常有提示报警功能，具备自动纠错功能。 20、要求各投标单位提供全新设备，保证临床使用。