

论证评委签到表

项目名称:宁夏医科大学总医院内镜用超声探头采购项目

请 书 写 工 整	序号	姓名	单位	职务(职称)	联系电话
	1	陈宇	宁夏疾控中心	主任医师	13895183118
	2	杨永林	银川市	副主任医师	15209662222
	3	王惠芳	国信公证处	正高	13995110219
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

2026年1月21日

专家论证意见表

预算单位	宁夏医科大学总医院			
项目名称	宁夏医科大学总医院内镜用超声探头采购项目			
项目预算	9.2 万元			
专家 1 论证意见	专家姓名	唐 宇	职称	主任技师
	工作单位	宁夏疾控中心		
	甲方拟采购的超声探头是片医院现用的奥林巴斯 EU-ME2 超声主机配套使用的,目前其他厂家同类产品尚无法与之匹配使用,不能兼容,故建议采用单一来源方式采购。			
专家 2 论证意见	专家姓名	杨 敏	职称	主任
	工作单位	银川市		
	甲方拟采购的超声探头是片医院现用的奥林巴斯 EU-ME2 超声主机配套使用的,目前其他厂家同类产品尚无法与之匹配使用,不能兼容,故建议采用单一来源方式采购。			
专家 3 论证意见	专家姓名	王 恩 荣	职称	正高
	工作单位	国信公证处		
	本项目拟采购的内镜用超声探头采购项目所产品,属于原已采购的主机为奥林巴斯所探头,为所采购的探头低适配性和兼容性,建议采用单一来源方式采购。			
结论	建议采用单一来源方式采购。			

2026 年 01 月 21 日